

18	-Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Rotor-Gene 6000	06.07.2020
19	-Прибор комбинированный Testo 608-N1	09.06.2020
20	-Прибор комбинированный Testo 608-N1	09.06.2020
21	-Термометр ТТ К	27.02.2020
22	-Термометр ТС-4М	04.04.2019
23	-Термометр ТС-7АМ	09.09.2019
24	-Термометр складской ТС-7АМ	05.02.2019
25	-Термошейкер TS – 100 Bio Sap	20.09.2018
26	-Холодильник лабораторный (фармацевтический) "Позис" ХФ-400	06.11.2020
27	-Холодильник фармацевтический № 3 ХФ-400-1 «ПОЗИС»	11.07.2019
28	-Холодильник № 4 «Атлант» МХМ-1802-32	11.07.2019
29	-Центрифуга – миксер СМ 70М	08.08.2019
30	Дозатор механический одноканальный ВЮНТ 0,5-10 мкл	25.09.2020

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к пробам, прошедшим испытания.
2. Настоящий Протокол не может быть частично воспроизведен, тиражирован, и/или распространен без разрешения ФГБУ «Белгородская МВЛ».
3. Сведения получены из Акта отбора проб.

Заместитель руководителя испытательной лаборатории

И.В. Бекетова

01.02.2021

В. Селев



Ответственный за оформление протокола: Михайличенко В.С.